



ASL Brindisi

PugliaSalute

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DT-01269/24

Iscritta nel Registro Determinazioni al N.04/236

data 18/04/2024

AREA GESTIONE TECNICA

OGGETTO: Presa d'atto dell'intervento tecnico di sostituzione della maniglia e ripristino funzionale della Porta piombata a battente installata presso la Sala Emodinamica della UOC Cardiologia del PO Perrino di Brindisi. Affidamento alla ditta Me-Spo Srl corrente in Castellana Grotte (BA). CIG: B13DC177B3.

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Sergio Maria RINI, designato con deliberazione n.1206 del 06.07.2017, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Dirigente Ing. Donato ACCOGLI e dal Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Daniele PALADINI

Premesso che:

- con Deliberazione n. 2664 del 2023 è stato approvato il progetto esecutivo - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature Sanitarie), "Lavori necessari all'installazione di un nuovo Angiografo in UOC Cardiologia del PO A. Perrino – Brindisi";
- in data 13/11/2023 sono stati avviati i lavori relativi alla sostituzione dell'angiografo digitale; tali lavori hanno visto, tra le varie attività, l'esecuzione di opere edili ed impiantistiche necessarie al corretto funzionamento dell'apparecchiatura, nonché la sostituzione della pavimentazione con nuovo pavimento in pvc.

Considerato che in fase di esecuzione dei lavori è stato riscontrato il danneggiamento della maniglia della porta piombata a battente installata presso la Sala Emodinamica della UOC Cardiologia del PO Perrino di Brindisi oltre che la necessità di modifica della struttura al fine di non determinare il blocco della stessa durante la chiusura.

Viste le disposizioni degli affidamenti di importo inferiore a 140.000 € e i principi del Nuovo Codice degli appalti di cui all'art.50 comma 1, lett. B del D.Lgs. 36/23, la UOS di Ingegneria Clinica, in data 21/03/2024, ha inviato una richiesta urgente di riparazione della suddetta porta piombata alla ditta Me-Spo Srl, ditta che nel passato ha già eseguito correttamente interventi tecnici su dispositivi analoghi a quello in oggetto.

Considerato che in data 29/03/2024 la ditta Me-Spo Srl è intervenuta e ha sostituito la maniglia danneggiata oltre che il pieno ripristino funzionale della porta piombata in oggetto.

Visto che in data 03/04/2024 la ditta Me-Spo Srl ha inviato consuntivo alla UOS Ingegneria Clinica per un importo complessivo di € 250,00 oltre IVA.

Ritenuto che secondo quanto previsto nell'art. 50 Comma 1 della legge n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro.

Visto che la ditta Me-Spo Srl è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come da DURC INAIL Prot. n° INAIL_42768600 con scadenza validità il 02/07/2024.

DETERMINA:

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di riconoscere alla ditta Me-Spo Srl corrente in Castellana Grotte (BA) l'intervento tecnico di sostituzione della maniglia della porta piombata installata presso la Sala Emodinamica - UOC Cardiologia del PO Perrino di Brindisi oltre che il ripristino funzionale della stessa porta, per un importo di € 250,00 oltre IVA, come da consuntivo del 03/04/2024;
- di attribuire la complessiva spesa di € 305,00 IVA inclusa, al centro di costo n. 11101991 S.O. Brindisi costi comuni, al numero di conto 715.100.00020 (Manutenzione ord. Attrezzature tecnico-scientifiche e sanitarie) - Bilancio 2024.
- di dare atto che in data 12/04/2024 l'ammontare complessivo di spesa trova copertura sul conto economico sopra citato;
- di procedere, a seguito della realizzazione dell'attività affidata e della regolare accettazione della fattura, con la liquidazione, previa attestazione della regolarità dell'intervento.

*Il Collaboratore Tecnico Professionale
Ing. Daniele PALADINI*

_____ F.to _____

*Il Dirigente UOS Ingegneria Clinica
Ing. Donato ACCOGLI*

_____ F.to _____

*Il Direttore A.G.T.
Dott. Ing. Sergio Maria RINI*

_____ F.to _____

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
AREA GESTIONE TECNICA

Determinazione n. 01269/24

del 18/04/2024

Certificato di Pubblicazione

Affissa e pubblicata all'Albo Pretorio della ASL BR il _____ e per giorni 15 consecutivi.

Opposizioni _____

Data _____

L'incaricato

Per copia conforme.

Data _____

L'incaricato
