



ASL Brindisi

PugliaSalute

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DT-01375/24

Iscritta nel Registro Determinazioni al N.04/273

data 29/04/2024

AREA GESTIONE TECNICA

OGGETTO: Presa d'atto dell'intervento tecnico di riparazione della stampante Brother inv. SIC 0010582 in dotazione alla UOC Medicina Nucleare del PO Perrino di Brindisi. Consuntivo della ditta Assitec Snc di Surbo (LE) CIG: B163514B35.

IL DIRETTORE

Dott. Ing. Sergio Maria RINI, designato con deliberazione n.1206 del 06.07.2017, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Dirigente Ing. Donato ACCOGLI e dal Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Daniele PALADINI

Premesso che presso la UOC Medicina Nucleare del PO Perrino di Brindisi è installata la stampante a supporto dei sistemi diagnostici, marca Brother, mod. HL-L8260 CDW, matr. E77413D2F474201, inv. SIC 0010582.

Considerato che in data 27/02/2024:

- la UOC Medicina Nucleare del PO Perrino di Brindisi ha inviato una richiesta di intervento tecnico alla RTI HC-Co.Med (responsabile per la ASL BR del servizio di Ingegneria Clinica) segnalando il guasto della suddetta stampante;
- è intervenuta la RTI HC-Co.Med confermando il guasto dell'apparecchiatura, riscontrando in particolare il foglio inceppato e bruciato, dovuto all'utilizzo di toner non originale, come riportato nel rapporto tecnico n. 2024/00470 del 28/02/2024 sottoscritto dal personale ASL autorizzato e conservato agli atti dell'Area Gestione Tecnica.

Visto che il contratto stipulato con la RTI HC-Co.Med prevedeva secondo l'Art.4.1 "Servizi esclusi": *"l'esclusione dell'esecuzione di interventi e fornitura di materiali per il ripristino di apparecchiature oggetto di guasti determinati da danni accidentali, manomissioni volontarie (dolo) e da eventi catastrofici"*.

Viste le disposizioni degli affidamenti di importo inferiore a 140.000 € e i principi del Nuovo Codice degli appalti di cui all'art.50 comma 1, lett. B del D.Lgs. 36/23, la UOS di Ingegneria Clinica, in data 15/03/2024, ha inviato richiesta di preventivo per la riparazione della suddetta stampante Brother alla ditta specializzata Assitec Snc, fornitrice della stessa apparecchiatura.

Preso atto che in data 08/04/2024 la ditta Assitec ha inviato il preventivo n.60 per il ripristino funzionale della suddetta stampante per un importo complessivo di € 107,18 oltre IVA.

Vista l'urgenza in data 12/04/2024 la UOS Ingegneria Clinica ha inviato alla ditta Assitec Srl accettazione del preventivo, nelle more della definizione del CIG e dell'invio dell'ordine tramite il canale telematico NSO.

Visto che la ditta Assitec Srl in data 15/04/2024 ha eseguito l'intervento tecnico, come da rapporto di lavoro sottoscritto dal personale ASL autorizzato e conservato agli atti dell'Area Gestione Tecnica, effettuando in particolare la pulizia del gruppo fuser con sostituzione del terminatore e termofusibile oltre che il controllo e le prove di stampa superate con esito positivo.

Ritenuto che secondo quanto previsto nell'art. 50 Comma 1 della legge n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro.

Ritenuto altresì che l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento è consentito per servizi o forniture, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. n. 36 del 2023, per ragioni di urgenza.

Verificato che la ditta Assitec Snc è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come da DURC INAIL Prot. n° INAIL_42698721 con scadenza in data 26/06/2024.

DETERMINA:

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di riconoscere alla ditta Assitec Snc corrente in Surbo (LE) la riparazione della stampante a supporto dei sistemi diagnostici, marca Brother, mod. HL-L8260 CDW, matr. E77413D2F474201, inv. SIC 0010582, in dotazione alla UOC Medicina Nucleare del PO Perrino di Brindisi, per un importo complessivo di € 107,18 oltre IVA, come da rapporto d'intervento tecnico del 15/04/2024 conservato agli atti dell'Area Gestione Tecnica;
- di imputare la spesa di € 130,76 IVA inclusa al centro di costo n. 11101991 S.O. Brindisi costi comuni, al numero di conto 715.100.00020 (Manutenzione ord. Attrezzature tecnico-scientifiche e sanitarie) - Bilancio 2024;
- di dare atto che in data 18/04/2024 l'ammontare complessivo di spesa, trova copertura sul conto economico sopra citato;
- atteso che alla realizzazione dell'attività affidata, appurata la regolarità dell'intervento, si procederà all'accettazione della fattura e successiva liquidazione.

*Il Collaboratore Tecnico Professionale
Ing. Daniele PALADINI*

_____ F.to _____

*Il Dirigente UOS Ingegneria Clinica
Ing. Donato ACCOGLI*

_____ F.to _____

*Il Direttore A.G.T.
Dott. Ing. Sergio Maria RINI*

_____ F.to _____

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI

AREA GESTIONE TECNICA

Determinazione n. 01375/24

del 29/04/2024

Certificato di Pubblicazione

Affissa e pubblicata all'Albo Pretorio della ASL BR il _____ e per giorni 15 consecutivi.

Opposizioni _____

Data _____

L'incaricato

Per copia conforme.

Data _____

L'incaricato
