

Mittente: "Lucia Signorile (Lucia.Signorile@hcspa.it)" <Lucia.Signorile@hcspa.it>
Destinatario: Ada Putignano <ada.putignano@asl.brindisi.it>
Angelo Zegrini <Angelo.Zegrini@hcspa.it>, Ingegneria Clinica - ASL BR
<ingegneriaclinica@asl.brindisi.it>, Dario Carelli - ASL BR <dario.carelli@asl.brindisi.it>, sic brindisi
<sic.brindisi@hcspa.it>, Luigi Ariano <Luigi.Ariano@hcspa.it>, "l.nicastro@texafoggia.it"
Cc: <l.nicastro@texafoggia.it>, "salaoperatoriaostuni (salaoperatoriaostuni@asl.brindisi.it)"
<salaoperatoriaostuni@asl.brindisi.it>, "rosa.benvenuto@asl.brindisi.it"
<rosa.benvenuto@asl.brindisi.it>, Donato Accogli <donato.accogli@asl.brindisi.it>
Data: 16/04/2025 12:49 PM
Oggetto: R: Richiesta documenti texa

Buongiorno Dott.ssa Putignano,

come è stato anticipato verbalmente, in data 3 aprile 2025, si è provveduto ad eseguire in urgenza il collaudo del Misuratore automatico Tourniquet, presso il Blocco Operatorio del P.O. di Ostuni.

In fase di collaudo, nel valutare le caratteristiche tecniche e di fabbricazione dello strumento in questione, abbiamo riscontrato che la costruzione risale al 2019.

Inoltre, lo stesso dispositivo è dotato di batteria interna che si presume sia quella relativa alla costruzione.

Considerando che, nel manuale d'uso, è esplicitato che la durata del prodotto è di 7 anni, se utilizzato in modo conforme e, che la batteria se nuova ha durata di 8 ore, abbiamo ritenuto opportuno informare l'Amministrazione, e non chiudere il collaudo con esito positivo.

In accordo tra le parti, il fornitore ha contestualmente ritirato il dispositivo, relativo al DDT 000455 del 02/04/2025.

Cordiali Saluti

Ing. Lucia Signorile
Coordinatrice di Commessa
H.C. Hospital Consulting Spa
Servizio Ingegneria Clinica ASL BR
Tel.: 0831 537661
Cel.: 366 6945349

Hospital Consulting SpA
Via di Scolivigne, 60/1
Località Grassina
50012 Bagno a Ripoli (FI)
Tel. +39-055-64.98.653
Fax. +39-055-64.98.675
Web: <http://www.hospital-consulting.it>
C.F., Part. I.V.A. e Reg. Imprese: FI03010380487
C.C.I.A.A. FI REA: 293209
Capitale sociale: € 1.764.000,00 i.v.

Per favore, pensa all'ambiente prima di stampare questo messaggio