

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Intervento di sostituzione di n. 1 sistema videoendoscopia portatile mod. C-MAC PM 8403 XD POCKET MONITOR, fabbricante STORZ KARL GMBH & CO KG, in dotazione alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Perrino di Brindisi. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, alla Società Medical Century srl con sede in Galatina (LE). CIG: BCAD024CA3

U.O.C. Area Gestione Tecnica – U.O.S. Ingegneria Clinica

il Dirigente U.O.S. Ingegneria Clinica Ing. Donato ACCOGLI, designato con Deliberazione D.G. n. 585 del 04.03.2026, sostituto del Direttore dell'U.O.C. Area Gestione Tecnica Dott. Ing. Sergio Maria RINI, nominato con Deliberazione n. 1206 del 06.07.2017, sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Collaboratore Tecnico Professionale Ing. Silvia CAVALERA;

Premesso che presso la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Perrino di Brindisi risulta in dotazione n. 1 sistema videoendoscopia portatile mod. C-MAC PM 8403 XD POCKET MONITOR, fabbricante STORZ KARL GMBH & CO KG, seriale ZT1236 e inventario SIC 0013408;

Considerato che:

- In data 13/10/2025, la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Perrino di Brindisi ha inviato una richiesta di intervento tecnico alla RTI HC-Co.Med, responsabile per la ASL BR del servizio di Ingegneria clinica, segnalando il guasto del suddetto dispositivo;
- in data 13/10/2025, la RTI HC-Co.Med è intervenuta e ha confermato il guasto del dispositivo, riscontrando segnale video assente, mancata visualizzazione dell'immagine e mancato avvio del sistema, ritirando quindi il modulo per riparazione come attestato dal rapporto tecnico n. 2025/02176/02 sottoscritto dal personale ASL autorizzato e conservato agli atti dell'Area Gestione Tecnica;
- in data 09/12/2025, la U.O.S. Ingegneria Clinica ha richiesto al reparto utilizzatore di confermare quanto relazionato dalla RTI HC-Co.Med;
- in data 10/07/2026, la U.O.S. Ingegneria Clinica ha nuovamente richiesto al reparto utilizzatore di confermare quanto relazionato dalla RTI HC-Co.Med;
- in data 13/07/2026, la U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Perrino di Brindisi ha confermato che il guasto rilevato è riconducibile a danno accidentale;

Visto che il contratto stipulato con la RTI HC-Co.Med prevede tra i "Servizi esclusi", di cui all'art. 4.1 lett. b) del Capitolato Tecnico, *"l'esecuzione di interventi e fornitura di materiali per il ripristino di apparecchiature oggetto di guasti determinati da danni accidentali, manomissioni volontarie (dolo) e da eventi catastrofici"*.

Preso atto che:

- in data 17/03/2026, la U.O.S. Ingegneria Clinica ha inviato una richiesta di preventivo alla Società Medical Century srl, con comprovata esperienza e competenza nel fornire il servizio di assistenza tecnica in modo rapido e qualificato per i dispositivi aventi fabbricante STORZ KARL GMBH & CO KG;

- in data 20/03/2026, la Società Medical Century srl ha inviato il preventivo n. 2026/19 del 20/03/2026 per la sostituzione in modalità repair-exchange del dispositivo in oggetto, per un importo pari a € 3.600,00 oltre IVA;

Ritenuto che, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023, è consentito l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro;

Verificato che la Società Medical Century srl è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, come da DURC Prot. n. INAIL_54548529 con scadenza validità il 13/10/2026.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, di:

1. AFFIDARE alla ditta Medical Century srl, corrente in Galatina (LE), l'intervento di sostituzione di n. 1 sistema videoendoscopia portatile mod. C-MAC PM 8403 XD POCKET MONITOR, fabbricante STORZ KARL GMBH & CO KG, in dotazione alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Perrino di Brindisi, seriale ZT1236 e inventario SIC 0013408, in dotazione alla U.O.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. Perrino di Brindisi, per un importo pari a € 3.600,00 oltre IVA, come da preventivo n. 2026/19 del 20/03/2026;
2. ATTRIBUIRE la spesa complessiva di € 4.392,00 IVA inclusa, al Centro di Costo n. 1111991 "S.O. Brindisi costi comuni", sul Conto Economico 715.100.00020 "Manutenzione ord. attrezzature tecnico-scientifiche e sanitarie" - Bilancio 2026;

DARE ATTO che in data 07/08/2026 è stato verificato che l'ammontare complessivo di spesa trova copertura sul conto economico sopra citato;

3. PROCEDERE, a seguito della realizzazione dell'attività affidata e della regolare accettazione della fattura, con la liquidazione, previa attestazione della regolarità dell'intervento.

Il Collaboratore Tecnico Prof.le

(Ing. Silvia CAVALERA)

Il Direttore f.f. dell'Area Gestione
Tecnica

(Ing. Donato ACCOGLI)

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.