

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Oggetto:** Intervento tecnico di riparazione della Lampada Frontale Storz Karl in dotazione alla UOC Blocco Operatorio del PO Perrino di Brindisi. Affidamento alla ditta Medical Century Srl corrente in Galatina (LE). Procedura EmPulia con Registro di Sistema n. PE291267-24. CIG: B3BC7FD1D1.

Area Gestione Tecnica

il Direttore della UOC Area Gestione Tecnica, Ing. Sergio Maria RINI, *sulla base di conforme istruttoria effettuata dal Dirigente Ing. Donato ACCOGLI e dal Collaboratore Tecnico Ing. Daniele PALADINI*

**Premesso** che la UOC Blocco Operatorio del PO Perrino di Brindisi è in dotazione, tra gli altri, della Lampada Frontale, marca Storz Karl, modello 078511, s/n 310070, inv. SIC 0012524.

**Considerato** che in data 15/10/2024:

- la UOC Blocco Operatorio del PO Perrino di Brindisi ha inviato una richiesta di intervento tecnico alla RTI HC-Co.Med, responsabile per la ASL BR del servizio di Ingegneria Clinica, segnalando il cavo tranciato del dispositivo descritto in premessa;
- la RTI HC-Co.Med è intervenuta e ha confermato il danneggiamento dell'apparecchiatura, segnalando in particolare la guaina esterna tagliata, come riportato nel rapporto di lavoro n. 2024/02158/02 sottoscritto dal personale ASL autorizzato e conservato agli atti dell'Area Gestione Tecnica al quale è stata allegata la documentazione fotografica comprovante il danneggiamento rilevato.

**Visto** che il contratto stipulato con la RTI HC-Co.Med prevedeva secondo l'Art.4.1 "Servizi esclusi": *"l'esclusione dell'esecuzione di interventi e fornitura di materiali per il ripristino di apparecchiature oggetto di guasti determinati da danni accidentali, manomissioni volontarie (dolo) e da eventi catastrofici"*.

**Viste** le disposizioni degli affidamenti di importo inferiore a 140.000 € e i principi del Nuovo Codice degli appalti di cui all'art.50 comma 1, lett. B del D.Lgs. 36/23, la UOS di Ingegneria Clinica, tramite il portale EmPulia, con Registro di Sistema n. PE291267-24 del giorno 18/10/2024 ha inviato richiesta di preventivo per la riparazione della Lampada Frontale Storz Karl, ai n. 452 Operatori Economici iscritti alla classe merceologica "121211123 – Lampada Frontale".

**Visto**, altresì, che il criterio scelto per l'aggiudicazione della riparazione richiesta è: "Prezzo più basso".

**Preso atto** che nell'ambito della suddetta procedura di gara EmPulia, ha inviato offerta la sola ditta Medical Century Srl corrente in Galatina (LE) per la fornitura del Cavo luce a fibre ottiche a Y 495NYW per un importo complessivo pari a € 750,00 oltre IVA.

